

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла
ИНДИВИДУ

(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: АО "Ретиг Варме Рус"

Модель: РУКМО Compact 11 500

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 0,694

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 1» - 0,1059

Ответственный за калибровку:

подпись

Иванов А.А.

Дата: 23.09.19

