

**Акт калибровки измерителя-распределителя тепла
ИНДИВИД**

**(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: ОАО Ступинская металлургическая компания

Модель: РН 500-8-1,576

Тип: Алюминиевый секционный (8 секций)

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 1,576


Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 2» - **0,1604**

Ответственный за калибровку:



Иванов А.А.

Дата: 23.09.19

