

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла
ИНДИВИД
(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «Прадо» г. Ижевск

Модель: PRADO Classic 30 H500

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 1,488

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа радиатора для «Индивид 1» - **0,1452**

Ответственный за калибровку:

Иванов А.А.

Дата: 31.01.2020



подпись

