Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»

подпись Епишкин П.В.
расшифровка

Акт № 001 от «06» сентября 2013 г.

калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений) для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: Çelikpan Radiators

Nosab Selvi Cad. N.:3 16140 Nilüfer-Bursa / Turkey Tel. +90 224 295 94 00 Fax. +90 224 411 23 77

Модель: Panelli Standart Panel Radiators Type 22 h=500

Значение температурного напора (температурные режимы) при паспортной мощности: ΔT=60°C (90/70/20)

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №4.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов Panelli Standart Panel Radiators Type 22 h=500 для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0795.

Ответственный за калибровку: подпись Иванов А.А. расшифровка

Дата: 06.09.2013

Схема подключения